



中华人民共和国
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
医疗器械产品出口销售证明
CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL
PRODUCTS

证书编号： 苏苏药监械出 20212681 号

Certificate NO.: SSYJXC20212681

产品名称： 见附件；

Product(s): See Attachment

规格型号： 见附件；

Model: See Attachment;

产品注册或备案凭证号： 见附件；

Registration certificate(s): See Attachment;

生产企业： 苏州市华伦医疗用品有限公司

Manufacturer: Suzhou Hualun Medical Appliance Co.,LTD.

生产企业住所： 苏州市相城区黄桥镇生田村

Address of manufacturer: Shengtian Village, Huangqiao Town, Xiangcheng District, Suzhou City

生产许可或备案凭证号： 苏食药监械生产许 20010663 号

Manufacturing License(s): NO.SSYJXSCX20010663

兹证明上述产品已准许在中国生产和销售。

This is to certify that the above products have been registered to be manufactured and sold in China.

证明有效期至： 2023 年 09 月 15 日

This certification valid until: 2023-09-15

备注： /

Remark: /

江苏省药品监督管理局

2021 年 09 月 15 日



附件:

证书编号: 苏苏药监械出 20212681 号

Certificate NO.: SSYJXC20212681

序号 NO	产品名称 (中文) Product(s) (chinese)	产品名称 (英文) Product(s)	规格型号(中文) Specification/model (c hinese)	规格型号(英文) Specification/mode	产品注册证 或备案凭证 号(中文) Registration certificate(s)	产品注册证 或备案凭证 号(英文) Registration certificate(s)
1	针灸针	Acupuncture Needles	见附件(苏械注准 20162200141)	See Attachment (NO.SXZZ2016 2200141)	苏械注准 20162200141	NO.SXZZ201622 00141

续表 1 针灸针规格列表

单位 mm

规格	d		l		L		绕柄丝直径				
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					
0.16×13	0.16	±0.008	25	±0.65	52(50)	±1.25	0.30				
0.16×25								40	±0.80	75(65)	±1.50
0.16×40											
0.18×13	25		±0.65	52(50)	±1.50						
0.18×25						40		±0.80	75(65)		
0.18×40										13	±0.55
0.20×13	25		±0.65	52(50)	±1.50						
0.20×25						40	±0.80	75(65)			
0.20×40									50	±0.80	85(80)
0.20×50	13		±0.55	35	±1.40						
0.25×13						25	±0.65	52(50)			
0.25×25									40	±0.80	75(65)
0.25×40	50	±0.95	85(80)	±1.75							
0.25×50					75	±0.95	110(105)				
0.25×75								13	±0.55	35	±1.25
0.30×13	25	±0.65	52(50)	±1.50							
0.30×25					40	±0.80	75(65)				
0.30×40								50	±0.80	85(80)	±1.75
0.30×50	75	±0.95	110(105/)								
0.30×75				100	±1.10	150(140)	±2.00				
0.30×100								13	±0.55	35	±1.25
0.35×13	25	±0.65	52(50)								
0.35×25				40	±0.80	75(65)					
0.35×40							50	±0.80	85(80)	±1.75	
0.35×50	75	±0.95	110(105)								
0.35×75				100	±1.10	150(140)					±2.00
0.35×100							13	±0.55	35	±1.25	
0.40×13	25	±0.65	52(50)								
0.40×25				40	±0.80	75(65)					
0.40×40							50	±0.80	85(80)	±1.75	
0.40×50	75	±0.95	110(105)								
0.40×75				100	±1.10	150(140)					±2.00
0.40×100							13	±0.55	35	±1.25	
0.45×13	25	±0.65	52(50)								
0.45×25				40	±0.80	75(65)					
0.45×40							50	±0.80	85(80)	±1.75	
0.45×50	75	±0.95	110(105)								
0.45×75				100	±1.10	150(140)					±2.00
0.45×100							13	±0.55	35	±1.25	
	25	±0.65	52(50)								
				40	±0.80	75(65)					
							50	±0.80	85(80)	±1.75	
	75	±0.95	110(105)								
				100	±1.10	150(140)					±2.00

注：①L 括号中的尺寸为平柄针全长 ②针体直径的圆度应不大于 0.005 mm